
Din T2 Fjernkon-troll



Få full kontroll over høreapparatene dine for å hjelpe deg å høre bedre og leve bedre

Innholdsfortegnelse

1. Kom i gang

Kompatibilitet 3

2. Hjem oversikt 4

3. Info

Om & personvern 6

4. Ytterligere veiledning

Sikkerhetsinformasjon 7

Regulatorisk informasjon 9

Kompatibilitet

For best ytelse anbefaler vi å bruke den nyeste programvareversjonen som er tilgjengelig for enheten din.

Eple

iPhone, iPad, iPod

- Appen fungerer på alle versjoner av iOS og iPadOS 16.0 eller nyere.


Android

- Appen fungerer på alle versjoner av Android 8.0 eller nyere.

Hjem oversikt

Finn de viktigste funksjonene som forbedrer bruken av høreapparatet ditt på **Hjemskjermen**.

1. Telefonhøyttaler volum
2. Program
3. Volum
4. Dempe / Fjern demping
5. Hjem
6. Info: *App-rundtur, Kundestøtte, Brukerveiledning i appen*


9:41
T2 Remote
Phone speaker volume
1
Hearing aid controls
2
Program
3
Volume
4
Mute / Unmute
Home
Info
5
6

Din **Om & personvern** -skjerm lar deg se informasjon om denne appen, brukerveiledninger og avtaler. Disse inkluderer:

- **[TRANSLATION FAILED - ORIGINAL TEXT: About]**

⚠ **FORSIKTIGHET:** Lydutgangen skal ikke være ubehagelig eller smertefull. Du bør skru ned volumet eller fjerne enheten hvis lydutgangen er ubehagelig høy eller smertefull. Hvis du stadig må skru ned volumet, kan det hende du må justere enheten ytterligere.

VIKTIG MELDING TIL FREMTIDIGE HØRSELSHJELPMIDDELSBRUKERE:

Det er god helsepraxis for en person med hørselstap å gjennomgå en medisinsk vurdering av en lisensiert lege (helst en lege som spesialiserer seg på sykdommer i øret) før man kjøper et reseptbelagt høreapparat. Lisensierte leger som spesialiserer seg på sykdommer i øret kalles ofte otolaryngologer, otologer eller otorinolaryngologer. Formålet med den medisinske vurderingen er å sikre at alle medisinsk behandlingsbare tilstander som kan påvirke hørselen, blir identifisert og behandlet før høreapparatet kjøpes.

Etter den medisinske evalueringen vil legen gi deg en skriftlig erklæring som bekrefter at hørselstapet ditt er medisinsk vurdert, og at du kan bli vurdert som kandidat for et høreapparat. Legen vil henvise deg til en audiograf eller høreapparatdispenser, etter behov, for en vurdering av høreapparat.

Audiologen eller høreapparatdispenseren vil gjennomføre en evaluering av høreapparatet for å vurdere din evne til å høre med og uten høreapparat.

Høreapparatvurderingen vil gjøre det mulig for audiologen eller utlevereren å velge og tilpasse et høreapparat til dine individuelle behov.

Hvis du er usikker på din evne til å tilpasse deg forsterkning, bør du undersøke om det finnes et prøveleie- eller kjøpsopsjonsprogram. Mange høreapparatleverandører tilbyr nå programmer som lar deg bruke et høreapparat i en periode mot en symbolsk avgift, hvoretter du kan bestemme om du vil kjøpe høreapparatet.

I noen geografiske områder må du gjennomgå en medisinsk vurdering før du kjøper et reseptbelagt høreapparat. Noen stater tillater at en voksen kan frasi seg den medisinske vurderingen.

Et høreapparat vil ikke gjenopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselshemming som skyldes organiske tilstander. Bruk av høreapparat er bare en del av hørselshabilitering og kan måtte suppleres med auditiv trening og opplæring i munnavlesning. I de fleste tilfeller tillater ikke sporadisk bruk av høreapparat brukeren å oppnå full nytte av det.

⚠ **FORSIKTIGHET:** Hvis den er innstilt på maksimal utgangsnivå og brukes i perioder som overskrider anbefalingene nedenfor, kan pasientens eksponering for lydenergi overstige grenseverdiene for støyeksponering. Dette instrumentet er ment for bruk i maksimalt seksten (16) timer per dag når det er innstilt på maksimal utgangsnivå.

Rapportering av bivirkninger

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med din Starkey-enhet, bør rapporteres til din lokale Starkey-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der du er etablert. En alvorlig hendelse defineres som enhver feil, forverring i enhetens egenskaper og/eller ytelse, eller utilstrekkelighet i enhetens bruksanvisning/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av brukerens helsetilstand, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

Tiltenkt bruk

T2-fjernkontrollen er ment å la en bruker fjernstyre volum, programvalg, demping/aktivering av demping på T2-aktiverte høreapparater.

Indikasjoner for bruk

T2 Remote er et valgfritt program beregnet for pasienter som bruker høreapparater med T2-funksjon og som ønsker å bruke en iOS- eller Android-enhet som fjernkontroll.

Tiltenkt bruker og brukeromgivelse

Legfolk i et hjemmemiljø.

Klinisk nytte

T2-fjernkontrollen i seg selv gir ikke direkte klinisk nytte. En indirekte klinisk nytte oppnås ved å gjøre det mulig for høreapparatene å oppfylle sitt tiltenkte formål.

IFU gjelder for følgende:

- Starkey: Picasso, Evolv AI, Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI
- Audibel: DaVinci, Arc AI, Intrigue AI, Signature Series, Vitality AI, A Series AI, Aris AI
- NuEar: Canvas, Savant, NE NXG AI, Signature Series, Edge AI, NE Series AI, Nobel AI
- MicroTech: Portrait, MicroTech Envy, MT NGX AI, Signature Series, Edge AI
- TYPE: KINDvitalo & KINDvaro, KINDviano x, KINDviano
- Pro Akustik: ipro AI
- Telefunken: Vation & TF10-2 Plus X, TF8-2 Plus, TF7-5 Plus X, TF5-2 Plus X, TF3-2 Plus X
- Audigy: AGXs pi, AGXs Evolv AI, AGXs Genesis AI, Signature Series, Edge AI, G Series AI, Omega AI

Sikkerhetsvarsel

Pasientdata er private, og beskyttelse av dem er viktig, derfor vennligst se følgende:

- Sørg for at smarttelefoner holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene for operativsystemet.
- Sørg for at den installerte appversjonen din er oppdatert.
- Bruk kun Starkey-apper fra offisielle butikker med høreapparatene dine.
- Sørg for at installerte apper kun har de tillatelsene de trenger.
- Ikke bruk en jailbreaket telefon for å sikre at data holdes trygge til enhver tid.
- Beskytt sikkerhetskopiene av smarttelefonen din mot datatap og tyveri.
- Fjern all data fra smarttelefonen hvis den ikke lenger skal brukes av deg eller skal kastes.

Vennligst merk at dette ikke er en uttømmende liste.

Regulatorisk

For service eller reparasjon, vennligst kontakt din hørselsspesialist først. Hvis nødvendig, kan du sende høreapparatene dine til:

Produsent i henhold til FDA og EUs medisinsk utstyr-forordning 2017/745
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com

EC REP


Starkey Laboratories (Tyskland) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Tyskland

CH REP

QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610 Wohlen
Sveits

UK Autorisert Person:
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX,
Storbritannia

Produsent i henhold til Health Canada
Starkey Labs Canada Co.
2476 Argentia Road, Suite 301
Mississauga, ON L5N 6M1
www.starkeycanada.ca

Symbol	Symbolbetydning	Gjeldende standard	Symbolnummer
	Produsent	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Autoriserte representant i Det europeiske fellesskap	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Importør	BS EN ISO 15223- 1:2021	5.1.8
	Produsentland	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Produksjonsdato	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalognummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serienummer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medisinsk utstyr	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Hold deg tørr	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperaturgrense	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Fuktighetsbegrensning	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Forsiktighet	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Generelt advarselsskilt	EC 60601-1, Referansenr. Tabell D.2, Sikkerhetsskilt 2	ISO 7010-W001
	Se instruksjonsmanualen/brosjyren	EC 60601-1, Referansenr. Tabell D.2, Sikkerhetsskilt 10	ISO 7010-M002
	Samle separat	DIREKTIV 201 2/19/EU (WEEE)	Vedlegg IX
	Klasse II-utstyr	IEC 60417 Referansenr. Tabell D.1	Symbol 9 (IEC 60417- 5172)
	Regulatorisk samsvarmerke (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	Ikke tilgjengelig
	UKCA-merke	SI 2002 nr. 618, med endringer (UK MDR 2002)	Ikke tilgjengelig
	Giteki-merket	Japansk radiolov	Ikke tilgjengelig
	Likestrøm	IEC 60601-1 Referansenr. Tabell D.1	IEC 60417-5031
	Resirkuleringssymbol	Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF	Vedlegg I-VII
	Resirkuleringssymbol for elektrisk utstyr og bærbare batterier	Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF	Vedlegg I-VII
	NOM-sertifiseringssymbol	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabell D.3	Kode 2
IPN1N2	Beskyttelsesgrad	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabell D.3	Kode 2
	Korea KCC-merket		
	Oversettelse	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.8

Notater

For å få tilgang til en elektronisk versjon av denne brukerveiledningen, vennligst besøk: https://eifu.starkey.com/eifu/

CE
2797

Starkey er varemerker tilhørende Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle rettigheter reservert. P00000365 11/25 BKLT3261-01-EN-XX